

FEEDBACK REMED 1 OSCE BLOK 1.4 TA 2021/2022

21711147 - ORYZA ALFITO DIANOVA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Tidak menginformasikan pasien untuk tidak bergerak selama pemeriksaan. Pemasangan lead ekstremitas terbalik, yg hijau seharusnya di kaki kiri, bukan di kanan ya dek, alat tidak dimatikan setelah pemakaian, alat tidak dibersihkan, dibantu bukan berarti tidak benar2 dibersihkan ya dek.
PEMASANGAN EKG	Tidak menginformasikan pasien untuk tidak bergerak selama pemeriksaan. Pemasangan lead ekstremitas terbalik, yg hijau seharusnya di kaki kiri, bukan di kanan ya dek, alat tidak dimatikan setelah pemakaian, alat tidak dibersihkan, dibantu bukan berarti tidak benar2 dibersihkan ya dek.