

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711002 - MUHAMMAD YUSUF HILMY

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	darah yang menempel pada ujung pipiet belum dilap tisu. warna karutan tidak sma dengan komparator. seperti belum teraduk sempurna
DARAH RUTIN (HMT)	sudah baik
Fungsi Vena	Tourniquet segera dilepas setelah darah keluar, buang sampah pada bengkok bukan wadah plastik, jarum pada safetybox
INJEKSI	tampak gugup; persiapan alat= belum menyebutkan kapas kering steril, bengkok, tempat jarum/ spuit bekas, tempat sampah medis; teknik lainnya sudah baik; banyak berlatih dan tenang ketika ujian ya
RUMPEL LEEDE	belum menanyakan nama pasien, IC baik, saat melakukan pemeriksaan tensi, mata harus sejajar dengan raksa, karena hasil akan berbeda, tidak mengucapkan basamalah, hamdalah