

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711015 - NABILLA SIFANA DEWI

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	Darahnya masukin semua ke HCl yang di dinding nanti nga lisis itu. HB:14,5gr%=pembacaan penguji. pengenceran terlalu encer(ebih terang dari control)
DARAH RUTIN (HMT)	Tidak melakukan sentrifugasi hanya menyebutkan. Kepalik menaruh seben harusnya di bagian yang ada tanda merahnya.
Fungsi Vena	IC: Resiko tindakan utama belum disebutkan. Mbak saat kita belum berhasil mengambil darah, pastikan mencabut jarum juga dengan baik dan gunakan kassa steril dan perlahan. carilah vena lain dengan prinsip yang sesuai. Jangan menekan-nekan atau menepuk area bekas suntikan karena dapat menyebabkan resiko (yang belum disebutkan saat informed consent). Resiko terjadinya hematoma sanbat memungkinkan.
INJEKSI	"Mbak Nabilla, jangan lupa mempersiapkan alat berupa bak sampah medis dan non medis ya.
RUMPEL LEEDE	OK, Good :)