

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711046 - RAHMADINA DJUMAIN

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	masih sisa darah di mikropipet
DARAH RUTIN (HMT)	cukup
Fungsi Vena	tdk menjelaskan cara, tdk berhasil dalam 2 percobaan, percobaan terakhir hanya msuk sedikit sekali darah, perhatikan sudut kemiringan, dan setelah masuk itu jarum jangan diputar2 bersama dengan tabungnya, aslinya jika di pasien bs hematoma jadinya itu dik. saat jarum sdh masuk biarkan saja, saat tabung tersusukkan secara oerbedaan tekanan mesti akan berpindah masuk ke tabung darahnya tanpa diputar2 jarum dan tabungnya di area cubiti, titik tangkap tindakan secara prinsip kurang baik. pemasangan turniket juga jangan terlalu lama, jika gagal ya di lepas dl biar tdk iskemia, jika gagal harusnya disinfeksi ulang
INJEKSI	ganti jarum dulu baru buang udara ya,
RUMPEL LEEDER	ok