

FEEDBACK Osce Keterampilan Medik Blok 2.1 TA 2022/2023

21711196 - SHALIMA ABELA DIBA

STATION	FEEDBACK
DARAH RUTIN (Hb)	Sudah OK
DARAH RUTIN (HMT)	Mbak Diba, besok kalau beneran harus di ganti lo sarung tangannya. Jangan lupa harus ada penyeimbang nya ya mbak Diba untuk sentrifus nya
Fungsi Vena	sudah sesuai, teknis injeksi dilatih lagi agar handlingnya lebih pro
INJEKSI	tidak memastikan kekencangan jarum,
RUMPEL LEEDE	IC: kalau mau ngobrol samapa pasien duduk dulu ya, jangan masih jauh udah ngajak pasien ngobrol dan tanggap pasien jangan buru-buru. sampaiakn bagaimana prosedur pemeriksaanya ya dek dan kemungkinan tidak nyaman pada prosedur. Saat persiapkan alat pastikan tensimeter sudah pada tekanan 0 dan sudah di tutup. TDS palpatoir 125, TD 125/80. ditunggu 2 menit bukan di hitung 2 menit ya. Lakukan gambaran kotaknya jangan hanya secara oral ya.