

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 3 TA 2022/2023

21711136 - WYNA DWI LESTARI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN DARAH RUTIN (Hb)	HCl terlalu banyak, tidak pas di angka 2 dan tidak coba dikoreksi. Tidak menunggu hingga 1-2 menit hingga darah lisis. Pembacaan angka nilai HB kurang tepat.