

FEEDBACK REMEDIASI OSCE SEMESTER 7 TA 2022/2023

19711023 - TRIYANA INDAH PURWATI

STATION	FEEDBACK
STATION IPM 2	belum inform concent, sebaiknya ketika menilai breathing juga dinilai kualitasnya, penggunaan stetoskop masuk dalam persiapan alat, sehingga waktu ketika terpasang ET baru menggunakan stetoskop sehingga pasiennya ditinggal begitu saja. alurnya sudah bagus ketika gagal pemasanganya dilakukan dari awal