

FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711060 - NAURA ATHIYA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	inform consent: belum menjelaskan risiko, persiapan pemeriksaan: cuci tangan setelah pemeriksaan belum sesuai WHO, pemeriksaan Hb: belum homogenisasi darah, jumlah darah yang diambil tidak sesuai, masih banyak darah yang tertinggal dimikropipet seharusnya jika mau diulang maka sisa darah ditabung awal juga harus dibuang karena hasilnya akan berbeda, pelajari cara membersihkan darah yang masih tersisa dipipet ya, Pemeriksaan Hmt: darah yang diambil ditabung kapiler kurang, pembacaan Hmt kurang tepat batas plasma atasnya belum sampai angka 100, Komunikasi dan profesionalisme: tingkatkan lagi ya