

FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711133 - HANIF FIRMAN SAPUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	<p>Hb : darahnya yg tersedot sampai ke atas tabung mikronya lumayan banyak ya mbaa,, dan itu dimasukkan smuanya ke dalam tabung (karena disemprot melalui spuitnya). Sisa darah dalam tabung mikronya juga masih banyak setelah dimasukkan ke Hcl. Darah yg menempel di tabung kapiler saat mengambil spesimen darah bisa dibersihkan dlu yamas pakai tisu, soalnya yg nempel di tabungnya itu bnyak banget. Upayakan kerja lbh bersih yaa agar hasilnya bisa maksimal. Hasil warna lbh muda dibandingkan dengan komparatornya. Hmt : pengambilan sampelnya masih kurang yaa mas, belum ada 2/3 tabung kapiler. Hasil bacanya salah ya mas, bukan 55 gr% ya. perhtikan baik2 batas atas dan batas bawahnya saat membaca hasilnya. Bacanya pake tabung kapiler sampel yaa mas.</p>