

## FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711134 - MAULA AZAKI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	<p>Hb : kebanyakan ngasih aquadestnya yaa mas, warnanya jadi terang bangeet.. saat menambah aquadest jangan lupa batang pengaduknya dikeluarkan yaa. ditambahkan aquadestnya sedikit demi sedikit aja jangan langsung banyak agar pean2 menyesuaikan dengan tabung komparatornya.</p> <p>Hmt : hasil hmtnya salah ya mas,dicek lg cara bacanya gimana mas?.</p> <p>Perhatikan batas atas dan batas bawahnya yaaa mas agar tdk salah baca hasilnya. Kadar Hmt yg benar adalah 42 gr%, namun dibacanya sampai 46 gr%. Oiya jangan lupa darahnya dihomogenisasi jg yaa.</p>