

FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711141 - REGINA ALIFAPUTRI DAMARAGUNG

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	resiko jika sy membaca tidak teliti bisa tidak akurat, wah ya itu bukan resiko lg dik, kan kita wajib membaca dg teliti, lihat lg prosedur yg sistematis danurut ya, diaduk dulu baru tambahkan aquades diaduk lagi