

FEEDBACK OSCE SEMSTER 2 TA 2023/2024

22711183 - RIZKI ANANDA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMERIKSAAN HB DAN HMT	tidak melakukan informed consent, batang pengaduk yg ditunjukkan mikropipet? kenali lagi nama2 alat lab nya ya, cuci tangan who ya, tidak perlu buru2 bekerja dilab harus tenang ya, siapkan dulu alat2nya sblm bekerja ya, misal tissue sudah disiapkan dulu sebelum bekerja pasang penyeimbang di sentrfuge nya ya jgn lupa setelah dimasukkan ke tabung sahli diaduk dl tunggu 1-2 menit lalu baru ditambah aquades diaduk lagi.