

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711041 - FERDYANSHA RAMA PUTRA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, persiapan alat sudah baik, lokasi pemasangan elektroda prekordial V6 kurang tepat, komunikasi sudah baik, peserta belum meminta pasien diam ketika perekaman ekg,