

## FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711047 - NADZARA MAITSA SHOFA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 kurang tepat, sebaiknya tidak hanya diucapkan untuk pemasangan stop kontak, komunikasi sudah baik
PEMASANGAN KATETER	pemasangan sudah runut, informed consent dan persiapan sudah baik, pemasangan kateter perlu hati2 terutama saat memasukkan gel dg spuit dan kateter dg pinset ya itu kena dae yg banyak persyarafan dan sensitif jangan kasar2
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, dan sistematis.