

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711203 - RAHMAH NUR INDAH SALSABILA

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	persiapan pasien kurang lengkap, letak v3 belum sesuai (tadi v4 digeser seharusnya v3 ikut digeser supaya letakkan tepat diantara V2 dan V4), belum sempat membersihkan alat setelah pemeriksaan.
PEMERIKSAAN ABDOMEN	kurang palpasi aorta, posisi tangan saat bimanual ginjal kurang tepat-harusnya sejajar rectus abdominis ya-bukan menyamping gitu
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek