

FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711211 - SHABRINA SALSABILA PUTRI

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	ic sudah lengkap, tidak mencolokkan stop kontak, belum mencuci tangan sebelum pemasangan, lokasi pemasangan elektroda prekordial V4 kurang tepat, belum membersihkan alat setelah pemasangan, tidak membaca basmallah dan hamdalah, komunikasi sudah baik