

## FEEDBACK REMED 1 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2023/2024

23711215 - ALFIAN CAHYO W

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	persiapan pasien belum lengkap. elektroda ekstremitas atas dan bawah terbalik (ukuran elektroda belum sesuai)
PEMASANGAN KATETER	edukasi kurang tepat utk jadwal kontrolnya
PEMERIKSAAN ABDOMEN	palpasi ginjal kiri harusnya diperiksa dari kiri, lokasi ketok ginjal terlalu kebawah itu
PEMERIKSAAN GYNEKOLOGI	IC OK persiapan alat, pasien dan operator OK. Px genitalia eksterna inspeksi vagina cari adanya discharge atau tidak. Sisanya sudah OK
PERMERIKSAAN ANTROPOMETRI	oke, sudah baik dek