

FEEDBACK Remed 2 OSCE Ketrampilan Medik SMT 2 TA 2024/2025

24711138 - ATHIA QONITA FARHATI

STATION	FEEDBACK
EKG	Informed consent: oke. Persiapan pasien: oke. Persiapan alat: jangan lupa pastikan alatnya nyala atau tidak. Cuci tangan: sudah. Komunikasi: jangan lupa komunikasi dengan pasien ya, misal mau bersihin badan pasien dll dikomunikasikan yaa. Pemasangan elektroda ekstremitas kebalik ya itu, hati hati, yang harusnya buat kaki amlah dipakein ke tangan jadinya kegedean, yang harusnya di tangan malah dipakai ke kaki, jadinya di kaki kekecilan, hati hati dek, perhatikan lagi. Hayo, itu kok cuma kira kira, ngikutin bekas sbeleunnya?? Kok V4 langsung taruh gitu aja? kok nggak dicari SIC 5 nya dek?? Hati hati ayo belajar lagi nyari semua titiknya, jangan dikira kira dek, itu belum tepat ya. Kabel dipegang semua dek, jangan dibiarkan terurai, itu malah menyulitkanmu dalam pemasangan. Hati hati. Belum membersihkan elektroda yang sudah dipakai. Hati hati selesai langsung dibersihkan lagi ya.