

**FEEDBACK OSCE SEMESTER 3 TA 2025/2026****24711197 - REVANDA AURELIA PUTRI WARDHANA**

STATION	FEEDBACK
STATION INFORMASI BSO	belum mengkonfirmasi identitas pasien (hanya tanya nama) dan anaknya (nama, usia, alamat), nama pasien dan anaknya bisa digunakan sebagai sapaan dalam menjelaskan/ penjelasan inhibitor sudah baik/penjelasan obat tetes telinga tidak perlu di cek retak karena botol terbuat dari plastik, kemungkinan retak sangat kecil/ penjelasan cara aplikasi obat tetes telinga sudah baik/ patikan ke pasien jika tidak perlu menetes pada telinga sebelahnya karena yg sakit hanya kanan saja
STATION IPM GINEKOLOGI	bagus ditawarkan apakah mau ditemani keluarga saat periksa, itu klem peannya kok habis toilet vulva langsung di klorin. masih diperlukan buat desinfeksi vagina dgn povidon
STATION PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH DAN RUMPLE LEED	sudah ok
STATION PUNGSI VENA	belum menjelaskan resiko tindakan yang akan dilakukan, cara injeksi tidak tepat (berapa derajat sudut penyuntikannya?terlalu tinggi ya itu dan jangan membengkokkan jarumnya karena akan nyeri untuk pasien sesuaikan sudut penyuntikannya ya,, tangan kiri digunakan untuk meregangkan daerah injeksi ya), jika akan mengulang tindakan tutup dulu bekas suntik yg sebelumnya dengan plester, darah keluar tapi tidakan tidak lege artis,tidak memberikan label pada tabung,tidak melakikam homogeniasasi,
STATION TEKNIK INJEKSI	IC OK, jangan lupa minta pasien rileks, persiapan sudah baik, hati2 saat lepas pasang spruit, jangan lupa edukasi setelah tindakan