

FEEDBACK REMED 1 OSCE SEMESTER 1 TA 2025/2026

25711226 - Ayesha Rizky Aimee

STATION	FEEDBACK
STATION PEMERIKSAAN LAPANG PANDANG, OTOT EKSTRAOKU	IC : Ok PERSIAPAN PASIEN : cuci tangan ok alat ok LAPANG PANDANG : mata pemeriksa dan mata pasien yang ditutup sesisi ya dek bukan mata yang sama antara pemeriksa dan pasien ya...Alhamdulillah di akhir benar tidak salah lagi yang ditutup OTOT EKSTRAOKULER : belum cek cahaya senter pada kornea dan apakah muncul di pupil apa tidak simetris atau tidak sebelum periksa gerak bola mata TIO : Ok REFLEKS FUNDUS : cahaya yang dipilih tidak tepat ya dek, lalu belum cek kelainan refraksi pasien ya..semangat belajar lagi ya dek...
STATION PEMERIKSAAN REFLEKS FISIOLOGIS DAN PEMERIK	IC : OK. Persiapan : OK. Biceps kiri : Posisi tendon belum pas, refleks kurang nampak. Achilles : OK. Mengecek refleks sebaiknya dari kanan dulu baru kiri. Exteroceptive : lokasi S1 belum tepat, harusnya di lateral dorsal pedis. Interpretasi : refleks halus? tidak ada refleks halus ya dek.
STATION PEMERIKSAAN SEGMENT ANTERIOR	IC : cukup. Persiapan : lupa mempersiapkan alat. di akhir lupa cuci tangan setelah pemeriksaan. perhatikan lagi ya. Palpebra, silia : interpretasi kurang lengkap ya. interpretasi gerakan palpebra gimana? Konjungtiva, sklera : berhasil lakukan eversi tapi sangat kurang pada interpretasi hasil. Kornea : interpretasi inspeksi masih kurang. COA, iris, pupil : belum lakukan pemeriksaan iris. COA kurang tepat interpretasinya ya. interpretasi refleks pupil apakah benar simetris tidak simetris? perhatikan lagi ya interpretasinya. Lensa : gimana interpretasi yang benar? masih kurang lengkap. posisi pemeriksa kadang duduk kadang berdiri, diperhatikan lagi ya. Masih loncat-loncat tertinggal balik lagi ke pemeriksaan yang belum, dan terlihat bingung. interpretasinya masih sangat kurang ya. silahkan belajar lagi.
STATION PEMERIKSAAN VISUS	persiapan: bisa dijelaskan alatnya/kondisi ruangan/jarak pemeriksaan, visus mata kanan : yakin visusnya itu? pas waktu memeriksa dengan saat pelaporan atau interpretasi hasilnya beda, tolong lebih diingat lagi, visus pasien berapa, sebelum dan sesudah pinhole gimana.. untuk visus 1/tak hingga, artinya apa? lalu kalau menyebutkan visus 1/tak hingga harus juga diikuti keterangan persepsi sinar dan warna nya gimananya. hati2 dan lebih teliti . oh ya, jangan lupa cuci tangan sesudah pemeriksaan
STATION UNIVERSAL PRECAUTION	tdk mengeringkan tangan setelah cuci tangan WHO, klo buka bungkus handscoot jari2 jangan masuk ke dalam ya, nanti bs kontaminasi handscoonya menjadi tdk steril, jangan lupa sikat sela2 jari ya