

FEEDBACK Remed 1 OSCE Keterampilan Medik SEMESTER 2 TA 2025/2026

25711102 - SITI FATHIMAH

STATION	FEEDBACK
PEMASANGAN EKG	Persiapan pasien: IC ok; Alat: ok ; Pemasangan dan pelepasan EKG: V2 sedikit terlalu ke lateral dan V4 terlalu ke mediaal, sehingga jarak V2 dan V4 terlalu sempit untuk V3. Masukkan kabelnya dari atas saja agar pemeriksa lebih mudah memasang dan pasien lebih nyaman (tidak mengganjal), belum meminta pasien tidak bergerak dan tidak berbicara saat akan merekam EKG --> ini jangan lupa ya karena ketika pasien bergerak atau berbicara --> dapat mempengaruhi hasil EKG.